

## Kompatibilitätserklärung

tetronik Kommunikationstechnik GmbH mit Sitz in Taunusstein ist Hersteller der FN 6000® Rufanlagen. Der Betrieb einer Rufanlage erfolgt vor dem Hintergrund der Norm DIN VDE 0834, aktueller Stand 06-2016.

Zum Anschluss externer Systeme stellt die FN 6000® Rufanlage Schnittstellen zur Verfügung.

Da Rufanlagen häufig in Bereichen betrieben werden, in denen eine erhöhte Gefährdung von Personen (Patientenumgebung) oder anderen Anlageteilen besteht, müssen die Forderungen der DIN EN 60601-1 (VDE 0750-1) (2 x MOPP) bezüglich der elektrischen Sicherheit erfüllt werden.

**Die Produkte des Herstellers sensiv Medical GmbH erfüllen in folgender Konfiguration die Anforderungen:**

- AnnaCare - Sensorpad

In Verbindung mit

- Rufeinheiten mit NK FN 67XX/XX und Anschlussadapter FN 6762/43 bzw. FN6762/45
- IMA Diagnostikadapter FN 6862/00  
Oder IMA Diagnostikadapter mit sicherer Trennung FN 6862/01

**sensiv Medical GmbH ist berechtigt, für die genannten Produkte das Kompatibilitätslogo der tetronik FN 6000® Rufanlagen zu nutzen.**



Taunusstein, den 11.05.2022



Manuel Weritz  
Geschäftsführer



i. A. Jörg Schumann  
Techn. Produktmanagement